1.モニタリングポスト測定結果

(1)再処理事業所モニタリングポスト(令和4年10月～令和4年12月)

①空間放射線量率(低線量率計)　　(単位:nGy/h)

測定地点	測定月	平均	最大	最小	過去最大値	備考
MP-1	10月	17	33	15	98	
	11月	18	57	15		
	12月	18	48	12		
	第3四半期	18	57	12		
MP-2	10月	19	37	18	83	
	11月	21	56	18		
	12月	20	45	14		
	第3四半期	20	56	14		
MP-3	10月	17	35	15	74	
	11月	18	58	15		
	12月	18	52	11		
	第3四半期	17	58	11		
MP-4	10月	18	38	16	76	
	11月	19	58	16		
	12月	18	54	13		
	第3四半期	18	58	13		
MP-5	10月	17	34	15	73	
	11月	18	56	15		
	12月	18	38	13		
	第3四半期	18	56	13		
MP-6	10月	17	32	15	92	
	11月	18	55	15		
	12月	17	45	12		
	第3四半期	17	55	12		
MP-7	10月	17	36	16	117	
	11月	19	66	16		
	12月	18	46	12		
	第3四半期	18	66	12		
MP-8	10月	17	36	16	118	
	11月	19	63	16		
	12月	18	45	12		
	第3四半期	18	63	12		
MP-9	10月	18	36	17	102	
	11月	19	56	17		
	12月	19	46	13		
	第3四半期	19	56	13		

・3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、局舎屋根(地上約6 m)に設置。
・測定値は1時間値。
・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。
・「過去最大値」は、平成29～令和3年度までの測定値の最大値。

(2)濃縮・埋設事業所モニタリングポスト(令和4年10月～令和4年12月)

①空間放射線量率(低線量率計)　　(単位:nGy/h)

測定地点	測定月	平均	最大	最小	過去最大値	備考
MP-1	10月	21	40	19	73	
	11月	23	61	19		
	12月	22	65	14		
	第3四半期	22	65	14		
MP-2	10月	25	40	24	65	
	11月	27	55	24		
	12月	26	53	19		
	第3四半期	26	55	19		
MP-3	10月	25	42	23	73	
	11月	26	63	23		
	12月	25	64	17		
	第3四半期	25	64	17		

・3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、地上約1.8 mに設置。
・測定値は1時間値。
・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。
・「過去最大値」は、平成29～令和3年度までの測定値の最大値。