1.モニタリングポスト測定結果

(1)再処理事業所モニタリングポスト(令和5年1月～令和5年3月)

①空間放射線量率(低線量率計)　　(単位:nGy/h)

測定地点	測定月	平均	最大	最小	過去最大値	備考
MP-1	1月	16	60	11	98	
	2月	14	40	11		
	3月	16	31	13		
	第4四半期	15	60	11		
MP-2	1月	18	59	13	83	
	2月	16	38	13		
	3月	19	33	15		
	第4四半期	17	59	13		
MP-3	1月	15	60	10	74	
	2月	13	40	10		
	3月	15	32	12		
	第4四半期	15	60	10		
MP-4	1月	16	54	11	76	
	2月	14	43	11		
	3月	16	32	12		
	第4四半期	15	54	11		
MP-5	1月	16	48	12	73	
	2月	14	34	12		
	3月	16	29	14		
	第4四半期	16	48	12		
MP-6	1月	15	52	11	92	
	2月	14	35	11		
	3月	15	29	12		
	第4四半期	15	52	11		
MP-7	1月	16	52	12	117	
	2月	14	39	11		
	3月	16	31	12		
	第4四半期	15	52	11		
MP-8	1月	16	56	11	118	
	2月	14	39	11		
	3月	16	31	13		
	第4四半期	15	56	11		
MP-9	1月	17	58	13	102	
	2月	15	41	12		
	3月	17	31	14		
	第4四半期	16	58	12		

・3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、局舎屋根(地上約6 m)に設置。

・測定値は1時間値。

・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。

・「過去最大値」は、平成29～令和3年度までの測定値の最大値。

(2)濃縮・埋設事業所モニタリングポスト(令和5年1月～令和5年3月)

①空間放射線量率(低線量率計)　　(単位:nGy/h)

測定地点	測定月	平均	最大	最小	過去最大値	備考
MP-1	1月	17	60	10	73	
	2月	12	61	8		
	3月	17	39	9		
	第4四半期	15	61	8		
MP-2	1月	23	57	17	65	
	2月	19	57	15		
	3月	24	39	19		
	第4四半期	22	57	15		
MP-3	1月	20	58	13	73	
	2月	14	52	11		
	3月	21	39	13		
	第4四半期	18	58	11		

・3″φ×3″NaI(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、地上約1.8 mに設置。
・測定値は1時間値。
・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。
・「過去最大値」は、平成29～令和3年度までの測定値の最大値。