1.モニタリングポスト測定結果

(1)再処理事業所モニタリングポスト(令和5年4月～令和5年6月)

①空間放射線量率(低線量率計)

(単位:nGy/h)

測定地点	測定月	平均	最大	最小	過去最大値	備考
MP-1	4月	17	33	15	98	
	5月	16	35	15		
	6月	16	28	15		
	第1四半期	16	35	15		
MP-2	4月	19	34	18	83	
	5月	19	36	17		
	6月	19	30	17		
	第1四半期	19	36	17		
MP-3	4月	16	34	15	64	
	5月	16	35	14		
	6月	16	29	14		
	第1四半期	16	35	14		
MP-4	4月	17	33	16	62	
	5月	17	35	15		
	6月	17	30	15		
	第1四半期	17	35	15		
MP-5	4月	17	31	15	67	
	5月	16	30	15		
	6月	16	27	15		
	第1四半期	16	31	15		
MP-6	4月	16	33	15	92	
	5月	16	32	15		
	6月	16	27	15		
	第1四半期	16	33	15		
MP-7	4月	17	34	16	117	
	5月	17	34	15		
	6月	17	27	15		
	第1四半期	17	34	15		
MP-8	4月	17	33	16	118	
	5月	17	35	15		
	6月	17	27	15		
	第1四半期	17	35	15		
MP-9	4月	18	33	17	102	
	5月	18	33	16		
	6月	18	27	16		
	第1四半期	18	33	16		

・ $3\phi \times 3\text{NaI(Tl)}$ シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、局舎屋根(地上約6 m)に設置。

・測定値は1時間値。

・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。

・「過去最大値」は、平成30～令和4年度までの測定値の最大値。

(2)濃縮・埋設事業所モニタリングポスト(令和5年4月～令和5年6月)

①空間放射線量率(低線量率計)

(単位:nGy/h)

測定地点	測定月	平均	最大	最小	過去最大値	備考
MP-1	4月	20	40	19	73	
	5月	20	40	18		
	6月	20	33	18		
	第1四半期	20	40	18		
MP-2	4月	25	40	24	64	
	5月	25	40	23		
	6月	25	35	23		
	第1四半期	25	40	23		
MP-3	4月	24	40	22	65	
	5月	24	40	22		
	6月	23	35	22		
	第1四半期	24	40	22		

・3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器(温度補償型)、連続測定(1時間値)、地上約1.8 mに設置。

・測定値は1時間値。

・測定値は、3 MeVを超える高エネルギー成分を含まない。

・「過去最大値」は、平成30～令和4年度までの測定値の最大値。